

11/07/2023

## Confirmación del funcionamiento de sondas digitales de Testo para un sistema Saveris 1

Por la presente se declara que las siguientes sondas de Testo tienen un funcionamiento digital y ofrecen las características de rendimiento que se describen a continuación:

### Sonda digital de temperatura

0572 2162, 0572 2163, 0618 0071, 0618 7072

### Sondas digitales de humedad/temperatura

0572 2164, 0572 2165, 0572 2154, 0572 2155

### **Características de rendimiento de las sondas digitales de Testo:**

1. En el caso de las sondas digitales, solo intervienen las indicaciones de precisión de la sonda. Las indicaciones de precisión adicionales del registrador de datos no deben considerarse. En el caso de sondas analógicas, la indicación de precisión se calcula a partir del total de las sondas y los registradores de datos.
2. Las sondas digitales pueden calibrarse independientemente del registrador de datos. De este modo, en la práctica, no se requiere una asignación fija de registradores de datos y sondas; las sondas pueden intercambiarse durante el funcionamiento. Esto evita un fallo del punto de medición durante el proceso de calibración.
3. Las características de rendimiento mencionadas anteriormente también se aplican para todas las demás sondas especiales digitales de Testo.