

11/07/2023

## Attestation du fonctionnement des sondes numériques de Testo pour un système Saveris 1

Nous déclarons par la présente que les sondes Testo suivantes présentent un fonctionnement numérique et offrent les caractéristiques décrites ci-dessous :

### Sondes de température numériques

0572 2162, 0572 2163, 0618 0071, 0618 7072

### Sondes de température / d'humidité numériques

0572 2164, 0572 2165, 0572 2154, 0572 2155

### **Caractéristiques des sondes numériques de Testo :**

1. Pour les sondes numériques, seules les indications de précision de la sonde s'appliquent. Des indications de précision différentes de l'enregistreur de données ne pourront pas être prises en considération. Pour les sondes analogiques, la précision correspond au total de la précision de la sonde et de l'enregistreur de données.
2. Les sondes numériques peuvent être étalonnées indépendamment de l'enregistreur de données. Une affectation fixe d'une sonde à un enregistreur de données n'est donc pas nécessaire dans la pratique, les sondes peuvent être remplacées au cours du fonctionnement. Cela empêche une mise hors service du point de mesure pendant le processus d'étalonnage.
3. Les caractéristiques ci-dessus s'appliquent également à toutes les autres sondes numériques spéciales de la société Testo.