



Basisinformationen

Hersteller:

**Testo SE & Co KGaA,
Celsiusstr. 2,
79822 Titisee-Neustadt / Germany**

Produktspezifische Informationen

| | |
|----------------------------------|---|
| Produto em rede | testo 150 DIN2 |
| Número de encomenda | 0572 3340 |
| Serviço ligado | testo Saveris Softw. 6.x |
| Tipo de dados gerados | Dados de medição, por exemplo, temperatura, humidade, ... |
| Formato dos dados gerados | API CSV base de dados completa incluindo esquema |
| Âmbito dos dados gerados | Tipicamente 820kByte por ano por canal |
| Contínuo ou em tempo real | Ciclo de medição contínuo e definível |
| Local de armazenamento | Dispositivo e servidor |
| Duração do armazenamento | Dispositivo: >=16.000 medições, servidor: ilimitado, responsabilidade do cliente |
| Opções de acesso | Exportação a partir do software, ou acesso à API, ou acesso direto à base testo Saveris |
| Ajudas técnicas | Navegador Web, funcionamento próprio do servidor |
| Termos de utilização | Contrato de licença para operar o servidor por conta própria |
| Qualidade do serviço | Sob a responsabilidade do cliente |
| Estado das informações em | 2026-01-07 |