



## Basisinformationen

Hersteller:

**Testo SE & Co KGaA,  
Celsiusstr. 2,  
79822 Titisee-Neustadt / Germany**

## Produktspezifische Informationen

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Produto em rede</b>           | testo 150 TC4   |
| <b>Número de encomenda</b>       | 0572 3330   |
| <b>Serviço ligado</b>            | testo Saveris Softw. 6.x  |
| <b>Tipo de dados gerados</b>     | Dados de medição da temperatura   |
| <b>Formato dos dados gerados</b> | API CSV base de dados completa incluindo esquema  |
| <b>Âmbito dos dados gerados</b>  | Tipicamente 820kByte por ano por canal  |
| <b>Contínuo ou em tempo real</b> | Ciclo de medição contínuo e definível   |
| <b>Local de armazenamento</b>    | Dispositivo e servidor  |
| <b>Duração do armazenamento</b>  | Dispositivo: >=16.000 medições, servidor: ilimitado, responsabilidade do cliente        |
| <b>Opções de acesso</b>          | Exportação a partir do software, ou acesso à API, ou acesso direto à base testo Saveris |
| <b>Ajudas técnicas</b>           | Navegador Web, funcionamento próprio do servidor  |
| <b>Termos de utilização</b>      | Contrato de licença para operar o servidor por conta própria                            |
| <b>Qualidade do serviço</b>      | Sob a responsabilidade do cliente   |
| <b>Estado das informações em</b> | 2026-01-07  |