



## **Basisinformatie**

Hersteller:

**Testo SE & Co KGaA,  
Celsiusstr. 2,  
79822 Titisee-Neustadt / Germany**

## **Produktspezifische Informationen**

<b>Netwerkproduct</b>	testo 150 TC4
<b>Bestelnummer</b>	0572 3330
<b>Aangesloten service</b>	testo Saveris Softw. 6.x
<b>Type gegenereerde gegevens</b>	Gegevens temperatuurmeting
<b>Formaat van de gegenereerde gegevens</b>	API CSV volledige database inclusief schema
<b>Reikwijdte van de gegenereerde gegevens</b>	Gewoonlijk 820kByte per jaar per kanaal
<b>Continu of real-time</b>	Continue, definieerbare meetcyclus
<b>Opslaglocatie</b>	Apparaat en server
<b>Opslagduur</b>	Apparaat: >=16.000 metingen, server: onbeperkt, verantwoordelijkheid van de klant
<b>Toegangsopties</b>	Exporteren vanuit de software, of API-toegang, of directe toegang tot de testo Saveris Base
<b>Technische hulpmiddelen</b>	Webbrowser, eigen werking van de server
<b>Gebruiksvoorwaarden</b>	Licentieovereenkomst voor het zelf bedienen van de server
<b>Kwaliteit van de service</b>	Onder verantwoordelijkheid van de klant
<b>Stand van de informatie per</b>	2026-01-07