



## Basisinformationen

Hersteller:

**Testo SE & Co KGaA,  
Celsiusstr. 2,  
79822 Titisee-Neustadt / Germany**

## Produktspezifische Informationen

<b>Omrežni izdelek</b>	testo 150 TC4
<b>Številka naročila</b>	0572 3330
<b>Povezana storitev</b>	testo Saveris Softw. 6.x
<b>Vrsta ustvarjenih podatkov</b>	Podatki o merjenju temperature
<b>Oblika ustvarjenih podatkov</b>	API CSV popolna zbirka podatkov, vključno s shemo
<b>Obseg pridobljenih podatkov</b>	Običajno 820kByte na leto na kanal
<b>Neprekinjeno ali v realnem času</b>	Neprekinjen, določljiv merilni cikel
<b>Lokacija shranjevanja</b>	Naprava in strežnik
<b>Trajanje shranjevanja</b>	Naprava: >=16.000 meritev, strežnik: neomejeno, odgovornost stranke
<b>Možnosti dostopa</b>	Izvoz iz programske opreme, dostop do API ali neposreden dostop do baze testo Saveris
<b>Tehnični pripomočki</b>	Spletni brskalnik, lastno delovanje strežnika
<b>Pogoji uporabe</b>	Licenčna pogodba za samostojno upravljanje strežnika
<b>Kakovost storitev</b>	Na odgovornost stranke
<b>Stanje informacij na dan</b>	2026-01-07