

社内校正 および 修理作業費一覧 (2026年1月15日~)

対象項目	校正ポイント					ご依頼番号	備考	料金(税別)	
1 温度									
1 標準									
1	風速計・一般計測器向け (417,425,625他)	10	30	50		°C	508520 1001	¥15,400	
2	突起し・表面温度	50	100	150	200	°C	508520 1002	対象製品: NEWコンパクトクラスの testo922/925(標準プローブが付属するもの)の推奨 の標準校正点 ¥15,400	
3	高精度温度プローブ向け	0	100	200		°C	508520 1011	該当プローブ型番:0614 0235/0614 0240/ 0614 0275/0618 0275 ¥29,700	
4	ロガー/Saveris向け	-30	-20	-10		°C	508520 1013	ファーマ向け冷凍温度帯 ¥15,400	
5	ロガー/Saveris向け	0	5	10		°C	508520 1014	ファーマ向け冷蔵温度帯 ¥15,400	
6	ロガー/Saveris向け	10	20	30		°C	508520 1015	ファーマ向け冷蔵温度帯 ¥15,400	
2 カスタム (1.基本料金+2.又は3.の任意点料金 x 任意点数)									
1	温度基本料金						508520 1000	¥10,000 /製品	
2	任意点 高精度温度プローブ以外	-30	~	250		°C	508520 1003	ただし、製品の測定可能範囲に準ずる ¥7,300 /点	
3	任意点 高精度温度プローブ向け	-30	~	250		°C	508520 1012	該当プローブ型番:0614 0235/0614 0240/ 0614 0275/0618 0275 ¥15,400 /点	
2 湿度									
1 標準									
1	外付けプローブ向け	11	50	75		%RH	508520 2001	湿度:室温 対象機種:174H,175H1,625他 ¥29,700	
2	内蔵センサ向け	40	50	60		%RH	508520 2004	対象機種: testo608/ 622/623/610他 内蔵型Saveris、内蔵型Logger(174H/175H1は除く)、 変換器6621の内蔵タイプ 湿度:室温 ※testo608温度:25°C付近 ¥29,700	
2 カスタム (1.基本料金+2.又は3.の任意点料金 x 任意点数)									
1	湿度基本料金						508520 2000	¥10,000 /製品	
2	任意点 外付けプローブ向け	10	~	90		%RH	508520 2003	湿度:室温 対象機種:174H,175H1,625他 ¥15,400 /点	
3	任意点 内蔵センサ向け	30	~	90		%RH	508520 2006	対象機種: testo608/ 622/623/610他 内蔵型Saveris、内蔵型Logger(174H/175H1は除く)、 変換器6621の内蔵タイプ 湿度:室温 ※testo608温度:25°C付近 ¥15,400 /点	
3 風速									
1 標準									
1	指定点1 (405V1,405i,410,417,425,高感度 Φ100mm他)	1	5	10		m/s	508520 3011	主に熱線式の推奨の標準校正点 ¥15,400	
2	指定点2 (t410i,t416他)	5	10	20		m/s	508520 3012	主にベーン式の推奨の標準校正点 ¥15,400	
2 カスタム (1.基本料金+2.の任意点料金 x 任意点数)									
1	風速基本料金						508520 3000	¥10,000 /製品	
2	任意点	1	~	30		m/s	508520 3014	任意点は、1m/s刻み ¥7,300 /点	
4 サーマグラフィ									
1 標準									
1	指定点1	50	150	250		°C	508520 1101	校正対象外: testo860 i ¥44,000	
2	指定点2	100	200			°C	508520 1102	校正対象外: testo860 i ¥36,300	
2 カスタム (1.基本料金+2.の任意点料金 x 任意点数)									
1	サーモグラフィ基本料金						508520 1103	校正対象外: testo860 i ¥26,400 /製品	
2	任意点	50	~	250		°C	508520 1104	校正対象外: testo860 i ¥7,300 /点	
5 赤外線放射温度計									
1 標準									
1	指定点1	50	150	250		°C	508520 1201	¥15,400	
2	指定点2	100	200			°C	508520 1202	¥10,300	
2 カスタム (1.基本料金+2.の任意点料金 x 任意点数)									
1	赤外線基本料金						508520 1203	¥10,000 /製品	
2	任意点	50	~	250		°C	508520 1204	¥4,400 /点	
6 圧力(差圧計のみ)									
1 標準									
1	指定点1 (旧512-1,新512-1)	0.5	1	1.5	2	hPa	508520 7001	¥36,300	
2	指定点2 (旧512-2)	5	10	15	20	hPa	508520 7002	¥36,300	
3	指定点4 (510,新512-2)	25	50	75	100	hPa	508520 7004	¥36,300	
4	指定点5 (t420)	0.5	0.7	0.9	1.1	hPa	508520 7009	¥36,300	
5	指定点6	2	4	6	8 10	hPa	508520 7005	¥44,000	
6	指定点7	20	40	60	80 100	hPa	508520 7006	¥44,000	
2 カスタム (1.基本料金+2.又は3.の任意点料金 x 任意点数)									
1	圧力基本料金						508520 7000	¥10,000 /製品	
2	任意点1	0.5	~	25		hPa	508520 7007	¥12,100 /点	
3	任意点2	0.5	~	100		hPa	508520 7008		
7 Saveris U1/U1E アナログケーブル									
電流/電圧測定									
1	Saveris U1/U1E	電流/電圧(6ポイント)						508520 9101	¥29,700
8 ガス									
1 標準									
校正対象ガス成分									
1	1成分						508520 4001	O2試験ガス: 10% ¥22,000	
2	2成分						508520 4002	CO試験ガス: 100 or 1,000ppm ¥44,000	
3	3成分						508520 4003	NO試験ガス: 80 or 500ppm ¥66,000	
4	4成分						508520 4004	NO2試験ガス: 50ppm ¥88,000	
5	5成分						508520 4005	SO2試験ガス: 50 or 1,000ppm ¥110,000	
6	6成分						508520 4006	CH4試験ガス: 5,000ppm ¥132,000	
7	7成分						508520 4007	H2S試験ガス: 200ppm ¥154,000	
8	8成分						508520 4008	CO2試験ガス:17% ¥176,000	
2 CO/CO2 計測器 (IAQプローブ, COプローブ, 315-3, testo317-3, 535 など)									
1	CO2	1000				ppm	508520 4011	ゼロガスでの測定を含む ¥22,000	
2	CO	100	or	1000		ppm	508520 4012	¥22,000	
9 英語版校正証明書の発行									
1	英文成績証明書発行						508000 1014	1製品あたり ¥4,400	
2	英文トレーサビリティ体系図発行						508000 1015	1体系図あたり ¥3,000	
10 証明書の再発行など									
1	証明書再発行						508000 1010	1製品あたり ¥2,500	
2	各種トレーサビリティ体系図	校正の項目ごとに発行						508000 1010	¥2,500 /製品
3	上位基準書の証明書コピー	校正の項目ごとに対応(ただし、入手が可能なものに限る)						508000 1010	¥2,500 /製品

【上記に含まれる内容】

対象項目：1、3、4、5、6、7

① 調整前の校正実施

② ①の結果の校正証明書の発行及び体系図

対象項目：2（湿度）

① 調整前の校正実施

② ①の結果の校正証明書の発行及び体系図

※ ただし、調整前の校正結果により調整が必要と判断された場合は、下記が追加されます。（追加料金なし）

③ 調整費用

④ 調整後の校正実施

校正証明書（②）には、「①調整前」と「④調整後」の両方の校正値が記載されます。

対象項目：8（排ガス系）

お見積書をご確認ください。

カスタム校正

1製品につき、基本料金+カスタム料金xカスタム点

例) 製品: testo425 校正ご希望内容: 風速3m/s, 12m/s、温度32°C

(風速: $\yen10,000 + \yen7,300 \times 2$) + (温度: $\yen10,000 + \yen7,300$) = $\yen41,900$